

Alçı Kesme Motoru Teknik Şartnamesi

- 1.Cihazın Motoru 220V-50Hz şebeke geriliminde çalışmalıdır.
- 2.Cihazın ağırlığı en fazla 1.3 kilogram olmalıdır.
- 3.Cihaz en az 300W çıkış gücünde olmalı ve bu değer cihaz üzerinde yazmalıdır. Daha zayıf ve güçsüz cihazlar teklif edilmemelidir.
- 4.Cihaz gürültü eşiği 125 desibelden az olmalıdır.
- 5.Cihazın salınım açısı en az 5 derece olmalı ve salınım frekansı en az 20.000 fit /dakika olmalıdır.
- 6.Cihazın kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.
- 7.Cihaz kendi kendini soğutabilmelidir. Üzerinde fan bulunmalıdır.
- 8.Cihaz bıçak ağızı (bicağı tutan bölge) metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.
- 9.Cihazda hastaya uygulanan tüm alçıların kesiminde makro molekül plastik materyaller de dahil uygun olmalıdır.
- 10.Cihazın kesici 3 parçası olmalıdır.
- 11.Cihazı fişe takıp sıkıca tuttuktan sonra düğmeyi açıp, alçıyı dikey olarak kesmeye başlamalıdır.
- 12.Cihazın testeresinin kesme kısmı yıpranır ve aşınırsa kolayca değiştirilebilmelidir.
- 13.Cihaz ile birlikte 3 farklı tip ve boyutlarda yedek bıçak verilmelidir. Halka şeklindeki paslanmaz çelik bıçakların uçları mutlaka çapraz olmalıdır.
- 14.Cihaz kendi özel çantasında teslim edilmelidir.
- 15.Cihaza ait CE belgesi mutlaka bulunmalıdır.
- 16.Cihaza ait bütün teknik veriler cihaz kataloğunda belirtilmelidir.
- 17.Cihaz ile birlikte özel 88mm Karbon bıçak verilmelidir.
- 18.Cihaz ile birlikte özel 88 mm titanyum kaplama kaplama bıçak verilmelidir.
- 19.Cihaz üzerinde mutlaka en az 6 kademeli hız ayarı olmalıdır.
- 20.Cihaz tutma yeri ergonomik sert plastikten olmalı ve uç kısmı metal alaşım olmalıdır.
- 21.Talep edildiğinde cihaz ile birlikte tutma kolu da monte edilebilir olmalıdır.